

Ipari röntgenfilmek osztálybasorolása

Tanúsítvány

FUJI PHOTO FILM ipari radiográfiai filjei különböző előhívó rendszerrel az alábbi besorolást érnek el az EN 584/ 1 szabvány szerint:

Filmtyp	Systemklasse	Systemklasse	Systemklasse	Systemklasse	Systemklasse
IX 25	C 3	C 1	C 1	C 2	C 1
IX 50	C 1	C 2	C 2	C 3	C 2
IX 80	C 3	C 3	C 3	C 4	C 3
IX 100	C 4	C 4	C 5	C 5	C 5
IX 150	C 6	C 6	C 6	C 6	C 6
Előhívási mód	Kézi	Kézi	Gépi	Gépi	Gépi
Előhívó gép típusa	---	---	FUJI FPM 4200	FUJI FPM 4200	FUJI FPM 4200
Hívó vegyszer	FUJI HI-Rendol I	Agfa G 128	FUJI Hunt Audel	FUJI Hunt Audel	Agfa G 135
Hőmérséklet	20° C	20° C	26° C	28° C	28° C
Hívási idő	5 Minuten	5 Minuten	---	---	---
Merülési idő	---	---	100 sec	100 sec	100 sec

08.11.07

Ez a tanúsítvány a FUJI film gyári laboratóriumi vizsgálatai alapján lett kiállítva